



Questionamento PP 30/2018

victor oliveira ferreira <victor@veloxmail.com.br>
Para: compras@po.mg.gov.br
Cc: Gláucio Coelho <bioservis@hotmail.com>

17 de abril de 2018 17:45

Prezados senhores,

Questionamentos PP 30/2018 e ficamos no aguardo de respostas sobre alteração

item 4

10. Características elétricas:

Alimentação elétrica bivolt; bateria com recarregamento automático; tempo para recarga total da bateria: = 05 horas; autonomia de = 2,5 horas de monitoração contínua de ecg ou 100 choques em carga máxima;

Nosso Cardioversor Carrega em até 08 horas, mas nossa autonomia é 200 choques e autonomia de 3 horas para monitoração. (Obs: Pela média para 100 Choques Nossa carga seria em 04 horas)

Item 6

Desfibrilador Externo semiautomático para uso em adultos e crianças. Comando de viva-voz em português. Forma de onda Bifásica com escala de energia até 200 joules, com tempo de carga menor que 8 segundos para 150 joules e menor que 12 segundos para 200 joules. Resistente a impactos e vibrações, possui classificação IP56, contra entrada de poeira e água. LEDs que acendem indicando o correto procedimento, de acordo com o que é instruído pela viva-voz. Indicador para mostrar que o desfibrilador está pronto para uso. Semanalmente o dispositivo executa um autoteste. Bateria de lítio com capacidade mínima para 30 choques a 200 joules, monitorização contínua de no mínimo 6 horas e 03 anos em stand by.

Deverão acompanhar o DEA:

01 Estojo para acomodação do equipamento;

01 Manual de uso;

01 Par de pás para paciente adulto.

Essa descrição é de um desfibrilador Heartsine, os eletrodos e as baterias são juntas se vc realizar 5 atendimentos vc tem q comprar 05 pack de baterias e de eletrodos conjuntas. Preço médio das pás são de R\$ 1.200,00 Totalizando 6 mil reais.

Nossas pás custam em torno de R\$ 300,00 e nossa bateria é recarregável. Pode utilizar quantas vezes quiser, segue em anexo um catálogo do nosso equipamento

http://www.produtoshospitalaresonline.com.br/p/1543/cartucho-eletrodo-adulto-com-bateria-samaritan-padpak---heartsine/campanha_id/44?gclid=Cj0KCQjwttbWBRDyARIsAN8zhbKprBKkOe9dRDZT-0KL-J9jdqJgFakb7Xglo3kXlI87VntxvbOIBcaAiXXEALw_wcB

No entanto, cabe ressaltar que as características técnicas dos item 06 Desfibrilador encontra-se direcionada para a Marca Heartsine mod Samaritan pad, e compromete a isonomia e a disputa de preço entre os concorrentes.

Segue abaixo catálogo do modelo.

<http://www.macrosul.com/wp-content/uploads/2013/04/Cat%C3%A1logo-350P.pdf>

Solicitamos a alteração do descritivo do item.

Segue abaixo um descritivo genérico para a licitação.

DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DE ONDA BIFÁSICA E TAMBÉM SELEÇÃO MANUAL DE CARGA EM JOULES EM MODO ADULTO E EM MODO INFANTIL, COM MONITORIZAÇÃO DE ECG NA TELA, PARA UTILIZAÇÃO ADULTO E INFANTIL. BATERIA INTERNA PARA UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES COM CARGA PLENA. DEVE ACOMPANHAR DOIS PARES DE ELETRODOS ADULTO E 01 PAR DE ELETRODO INFANTIL MULTIFUNCIONAIS. PESO MÁXIMO DE 3 KILOS PARA FACILITAR O TRANSPORTE PELO USUÁRIO, ACONDICIONADO EM BOLSA, ALÉM DOS DEMAIS ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO USO DO EQUIPAMENTO. DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE 100 EVENTOS DE ECG OU GRAVAÇÃO DE 2 HORAS DO ECG.

Desde já agradecido pela atenção.


Atenciosamente,

Victor Oliveira Ferreira

Bioservis Eletromedicina Ltda.

Consultor de Licitações

31 32744873


31 98576-3468 

skype: [victor.oliveira.bh](https://www.skype.com/people/victor.oliveira.bh)



3 anexos

 **folder-cardiomax.pdf**
1247K

 **folder-isis.pdf**
1218K

 **folder-isis-pro.pdf**
1390K